fr

pH-Fix 4,5–10,0

Languettes test pour détermination du pH entre 4,5 et 10,0

Respecter les instructions d'utilisation

REF 92120.FR

Contenu :

100 languettes test
1 échelle de couleurs pH 4,5–10,0

Application :

Les languettes test pH-Fix 4,5–10,0 sont des languettes indicatrices pour déterminations semi-quantitatives du pH qui peuvent être utilisées pour de nombreuses applications.

Pour la vérification des languettes, utiliser des solutions tampons du commerce.

Mode d'emploi :

1. Plonger une languette dans l'échantillon pendant 1 seconde en veillant à ce que toutes les zones réactives soient recouvertes.
2. Sortir la languette et la secouer pour éliminer l'excédent d'échantillon.
3. ´Comparer les couleurs des zones réactives avec l'échelle de couleurs. Lire la valeur.



NB :

Si la solution n'est pas suffisamment tamponnée, laisser la languette dans l'échantillon et attendre que les couleurs se soient stabilisées.

Conditions de conservation :

Conserver les languettes test à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité. Conserver la boîte dans un endroit sec et frais (à une température entre 4 et 30 °C).

Élimination :

Les languettes usagées peuvent être jetées à la poubelle.

Respecter les instructions d'utilisation

Limites de température

À utiliser avant

LOT Numéro de lot

REF Référence produit

Fabricant

Ne pas réutiliser

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Allemagne
Tel.: +49 24 21 969-0 · Fax: +49 24 21 969-199 · info@mn-net.com · ***www.mn-net.com***

Commercialisé en France par : **MACHEREY-NAGEL SARL à associé unique**
1, rue Gutenberg · 67722 Hoerdt · France · Tél : 03 88 68 22 68 · Fax : 03 88 51 76 88 · sales-fr@mn-net.com

Commercialisé en Suisse par : **MACHEREY-NAGEL AG** · Hirsackerstr. 7 · 4702 Oensingen · Suisse
Tel.: 062 388 55 00 · Fax: 062 388 55 05 · sales-ch@mn-net.com

Rev. 03.2018