



Spezifikation

Artikelnummer: 1ENH

LuciPac®A3

steril, für die Hygienekontrolle von Oberflächen

CAS-Nummer:

Druckdatum:

09.05.2021

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

+4 °C

Molekulargewicht:

Garantieanalyse

RLU nach Zugabe von 100 µl 5 pmol ADP

9100-16900 RLU

RLU nach Zugabe von 100 µl 5 pmol AMP

9100-16900 RLU

Sterilität

entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: André Houdelet

