



# Spezifikation

Artikelnummer: 1ENK

## LuciPac®A3 Aqua

steril, für die Hygienekontrolle von Flüssigkeiten

CAS-Nummer:

Druckdatum:

09.05.2021

Formel:

Dichte:

Lagertemperatur:

+4 °C

Molekulargewicht:

**RLU nach Zugabe von 100 µl 5 pmol ADP**

9100-16900 RLU

**RLU nach Zugabe von 100 µl 5 pmol AMP**

9100-16900 RLU

**Sterilität**

entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.  
Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.  
Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

**Dr. R. Niemand**  
Head of Quality Assurance

**S. Lorsee**  
Head of Quality Management

*Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.*

**Carl Roth GmbH + Co. KG**  
Schoemperlenstraße 3-5  
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0  
Telefax 0721/5606-149  
E-Mail: [info@carlroth.de](mailto:info@carlroth.de)

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul  
Geschäftsführer: André Houdelet

