



Spezifikation

Artikelnummer: 4805

ROTITEST®Listeria

ROTITEST® Bio Analysis Grade, steril, ready-to-use

CAS-Nummer:

Druckdatum:

19.02.2024

Formel:

Dichte: 1

Lagertemperatur:

+15 bis +25 °C

Molekulargewicht:

Typanalyse

Aussehen (Nährmedium)

braun

Sterilitätstest

entspricht

Wachstum bakterieller Teststämme

entspricht

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG

Schoemperlenstraße 3-5

76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0

Telefax 0721/5606-149

E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

