



Spécification

Numéro d'article: 6852

Échangeur d'ions ROTI®Change 1 x 8

20-50 mesh, analytical grade, forme Cl-

N°CAS

Date d'impression: 08.05.2021

Formule:

Densité: 1,12

Masse moléculaire:

Type analysis

Appearance	white to light yellow grain
Particle size (mesh)	20-50
Extractables	<1 mg/g resin
Capacity (eq/l)	≥1,2
Counter ion	Cl-

Nos produits sont contrôlés pour une utilisation en laboratoire.
Les indications se rapportent à l'état actuel de la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications si nécessaire.

Dr. R. Niemand
Head of Quality Assurance

S. Lorsee
Head of Quality Management

Ce document a été élaboré de manière informatique et ne comporte pas de signature.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Eberhard Gaul
Geschäftsführer: André Houdelet

