

Spezifikation

Artikelnummer: KT39

Labor-Reinigungsmittel RBS T 305

Flüssigkonzentrat, pH 1,0

CAS-Nummer:

Druckdatum:

01.01.2024

Formel:

Dichte:

Molekulargewicht:

Typanalyse

pH-Wert	1,00
pH (2 %ige Lösung)	1,20 - 2,00
Dichte (20 °C)	1,396 - 1,406
Trockenrückstand	64,0 - 68,0 %

Unsere Produkte sind für Laborzwecke geprüft.

Die Angaben beziehen sich auf den aktuellen Stand der Produktqualität.

Wir behalten uns vor, notwendige Änderungen durchzuführen.

Dr. R. Niemand

Head of Quality Assurance

S. Lorsee

Head of Quality Management

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Carl Roth GmbH + Co. KG
Schoemperlenstraße 3-5
76185 Karlsruhe

Telefon 0721/5606-0
Telefax 0721/5606-149
E-Mail: info@carlroth.de

Die Firma ist eine Kommanditgesellschaft mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRA 100055. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Firma Roth Chemie GmbH mit Sitz in Karlsruhe, Reg. Gericht Mannheim HRB 100428. Geschäftsführer: André Houdelet

